

ชื่อห้องปฏิบัติการ : Environmental Laboratory, NRESRI, MONRE, LAO PDR  
สถานที่ตั้ง : Ministry of Natural Resources and Environment, Natural Resources and Environment Statistic Research Institute. Dongnasok Village, Sikhothabong District, Vientiane Capital, LAO PDR 01010

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0298  
บุคคลที่ติดต่อ : Sitthideth Nonthaxay  
โทรศัพท์ : +856-20-52220202  
โทรสาร : -  
Email : s\_nonthaxay@yahoo.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 19 เมษายน 2566  
ออกให้ ณ วันที่ : 19 เมษายน 2566  
หมดอายุวันที่ : 18 เมษายน 2570  
มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017  
หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/6436

### ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : Environmental Laboratory, NRESRI, MONRE, LAO PDR  
 สถานที่ตั้ง : Ministry of Natural Resources and Environment, Natural Resources and Environment Statistic Research Institute. Dongnasok Village, Sikhothabong District, Vientiane Capital, LAO PDR 01010  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0298  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่ ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำผิวดิน	- แคลเมียม 0.05 mg/L ถึง 0.5 mg/L - โครเมียม 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L - สังกะสี 0.05 mg/L ถึง 0.5 mg/L - ทองแดง 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L - นิกเกิล 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L - ตะกั่ว 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L - แมงกานีส 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L	In - house method : TM-CM-001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 เมษายน 2566

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

### ขอข้ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : Environmental Laboratory, NRESRI, MONRE, LAO PDR  
 สถานที่ตั้ง : Ministry of Natural Resources and Environment, Natural Resources and Environment Statistic Research Institute. Dongnasok Village, Sikhothabong District, Vientiane Capital, LAO PDR 01010  
 หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0298  
 สถานะของห้องปฏิบัติการ :  ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1 (ต่อ)	น้ำผิวดิน	- โซเดียม 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L - โพแทสเซียม 0.5 mg/L ถึง 3.0 mg/L	In - house method : TM-CM-001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23 <sup>rd</sup> ed., 2017, part 3111 B, 3030 E

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 19 เมษายน 2566

ฉบับที่ 1

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม