

ชื่อห้องปฏิบัติการ : REM-UAE Laboratory,
REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd.

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ – 0178

สถานที่ตั้ง : B-702 Delta Plaza, Shwegonedaing Road, Bahan Township,
Yangon, The Republic of the Union of Myanmar, 11201

บุคคลที่ติดต่อ : Ms. Toe Toe Hlaing
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
E-mail : toetoehlaing@rem-uaeconsultant.com

ออกครั้งแรกวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561

ออกให้ ณ วันที่ : 2 มกราคม 2567

หมดอายุวันที่ : 1 มกราคม 2571

มาตรฐาน : ISO/IEC 17025:2017

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/9

ขอข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : REM-UAE Laboratory,
 REM-UAE Laboratory and Consultant Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง : B-702 Delta Plaza, Shwegonedaing Road, Bahan Township,
 Yangon, The Republic of the Union of Myanmar, 11201

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0178

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ถาวร นอกสถานที่ ชั่วคราว เคลื่อนที่

ลำดับ ที่	วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ	รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ	วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้
1	น้ำเสีย	- สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C 10 mg/L ถึง 5 000 mg/L - ซีโอดี 60 mg/L ถึง 400 mg/L	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 2540 D Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24 th ed., 2023, part 5220 C

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ฉบับที่ 3

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม